

ANIOSYME PRIME


DETERGENTE DESINFECTANTE EN ESPUMA

proteasa · lipasa · amilasa



1

Depositar el instrumental en el recipiente de remojo



2

Pulverizar de manera uniforme sobre el instrumental recubriendo toda la superficie



3

Tapar el recipiente de remojo. Se puede mantener hasta 72hs



4

Enjuagar los instrumentos antes de proceder a la limpieza manual o automática